

ZBIERKA  ZÁKONOV  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2020

Vyhlásené: 1. 07. 2020

Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

**183**

**VYHLÁŠKA**

**Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky**

z 25. júna 2020

**o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie  
a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

**§ 1**

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta sú uvedené v prílohe.

**§ 2**

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

**Marek Krajčí v. r.**

**Príloha  
k vyhláske č. 183/2020 Z. z.**

**A. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta**

1. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvoria dvaja zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie
  - a) lekár,
  - b) zdravotnícky záchranár,
  - c) sestra alebo
  - d) praktická sestra.
2. Okrem osôb podľa odseku 1 sú v mobilnom odberovom mieste vždy prítomné dve plnoleté fyzické osoby zabezpečujúce smerovanie pacientov, určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto.

**B. Minimálne materiálo-technické vybavenie mobilného odberového miesta**

1. Základným funkčným priestorom mobilného odberového miesta je dostatočne veľká unimobunka alebo stan, ktorý
  - a) je umiestnený na voľnom priestranstve umožňujúcom prejazd áut a testovanie z auta,
  - b) je pripojený na zdroj elektrickej energie,
  - c) má prístup k pitnej vode,
  - d) je viditeľne označený názvom „mobilné odberové miesto“ spolu s písomnými inštrukciami na odber.
2. Minimálnym materiálo-technickým vybavením mobilného odberového miesta je
  - a) počítač s príslušenstvom a s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorychlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme,
  - b) dve chladničky alebo termoregulačné boxy s teplomermi vo vnútri na monitorovanie teploty s udržiavaním teploty prostredia medzi 4 – 8 stupňov Celzia, pričom
    1. jedna sa používa na uchovávanie odberového materiálu,
    2. druhá sa používa na uchovávanie odobratých vzoriek,
  - c) umývateľný a dezinfikovateľný pracovný stôl a dve umývateľné a dezinfikovateľné stoličky,
  - d) nožnice,
  - e) dve mobilné zariadenia na čítanie čiarových kódov
    1. s operačným systémom Android 7.0 a vyšším,
    2. s rozmerom displeja minimálne 10 palcov,
    3. s kamerou s rozlíšením minimálne 2 Mpx,
    4. s dátovým pripojením LTE,
    5. s príslušnou nabíjačkou k zariadeniu,
  - f) pripojenie každého mobilného zariadenia na čítanie čiarových kódov podľa písmena e) do siete internet prostredníctvom SIM karty s aktivovaným paušálom s neobmedzenými dátami,
  - g) dve prenosné nabíjacie zariadenia (powerbank) s kapacitou 20 000 mAh, podporou rýchlonabíjania a výstupom 2,4 A,
  - h) dva kusy kábla typu USB-C s dĺžkou 1,5 m,

- i) odberové sady, ktoré majú čiarové kódy z vonkajšej strany,
- j) nesterilné gumené rukavice,
- k) dezinfekčný prostriedok na ruky, ak tomu nebránia iné prekážky, s automatickým dávkovačom,
- l) jednorazové ústne lopatky,
- m) dezinfekčný roztok,
- n) emitná miska na špachtle,
- o) stojany na skúmavky na testovanie,
- p) stojany na skúmavky v chladničke a transportná taška,
- q) papierové vreckovky,
- r) kontajner na biologický odpad s použitím dvojitéch vriec; biologický odpad je denne likvidovaný,
- s) jednorazové utierky na ruky,
- t) dekontaminačná miestnosť, ak sa používa iný ako jednorazový osobný ochranný pracovný prostriedok,
- u) osobné ochranné pracovné prostriedky, ktorými pre každého zdravotníckeho pracovníka mobilného odberového miesta sú:
  - 1. vonkajší pár rukavíc,
  - 2. vnútorný pár rukavíc,
  - 3. ochranná kombinéza,
  - 4. ochrana očí (ochranné okuliare očí alebo ochranný plastový tvárový štít),
  - 5. tvárový respirátor FFP3 s výdechovým ventilom. Ak sa používa ochranný plastový tvárový štít, môže sa použiť tvárový respirátor FFP2 s chirurgickým ochranným rúškom.

